

Assay Performance Data

Naam assay:		Anti-TG
Traceerbaarheid:		
Gekalibreerd naar		WHO 1 ^e IRP 65/093
Referentie-interval of afkapgrenzen		(U/ml)
Herkomst referentiewaarden		Negatief: < 10 Bron: Eigen onderzoek & i.o.m. afd. Endocrinologie UMC (Validatie 2008/Bijlage 6)
Stabiliteit monster		
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C		Ja / Nee termijn serum 8 uur Ja/ Nee termijn serum 3 dagen Ja/ Nee termijn serum 30 dagen Bron: Houdbaarheidscriteria liggen binnen de grenzen zoals aangegeven in de meest recente bijsluiter
Detectielimieten		(U/ml)
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)		0.11 0.33
Imprecisie		(U/ml)
Concentratie (18) Concentratie (149)		CV (%): 5.1 CV (%): 2.2
Meetbereik		(U/ml)
Meetbereik		Loopt van concentratie 0.11 tot 1000. Eventueel: Verdunnen mogelijk Uitslagen < 0.11 worden als zodanig gerapporteerd
Extern QC programma		
(Inter)nationaal extern QC programma		RfB SA

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH

Datum: 22-04-2026