

Assay Performance Data

Naam assay:		Complement Screening	
Traceerbaarheid:			
Gekalibreerd naar		n.v.t.	
Referentie-interval of afkapgrenzen (%)			
Herkomst referentiewaarden		klassieke route: 73 - 125 alternatieve route 43 - 134 lectine route: 36 - 135 Bron: Eigen onderzoek (V304)	
Stabiliteit monster			
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C		n.v.t. n.v.t. Ja, termijn 1 jaar.	
Detectielimieten (%)			
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)		n.v.t. n.v.t.	
Imprecisie (%)			
Concentratie klassiek (102.8) Concentratie alternatieve (62.3) Concentratie lectine (7.8)		CV (%): 8.0 CV (%): 15.1 CV (%): 10.8	
Meetbereik (%)			
Meetbereik		Ondergrens: 0.1	
Extern QC programma			
(Inter)nationaal extern QC programma		SKML Complement factoren.	
Indien niet beschikbaar, alternatieve aanpak		n.v.t.	

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 05-10-2026
-------------------	-------------------