

Assay Performance Data

Naam assay:	Insuline
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	WHO 1 ^e IRP (66/304)
Referentie-interval of afkapgrenzen (mU/L)	
Herkomst referentiewaarden	Volwassen, nuchter: < 12.0, Bij een referentie populatie met een BMI van 19.9 - 25, antilichamen negatief Bron: Eigen onderzoek (2009 Validatie Insuline)
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/Nee, termijn serum 1 dag. Ja/Nee, termijn serum 6 dagen. Ja/Nee, termijn serum 6 maanden. Bron: Quality of Diagnostic Samples (3rd completely revised edition 2010)
Detectielimieten (mU/L)	
LoD (Limit of Detection)	0.4
LoQ (Limit of Quantitation)	1.6
Imprecisie (mU/L)	
Concentratie (12.8) Concentratie (40.8) Concentratie (118.1)	CV (%):2.9 CV (%):2.5 CV (%):2.2
Meetbereik (mU/L)	
Meetbereik	0.4 - 300 Eventueel: Mogelijkheid tot verdunnen. Uitslagen < 0.4
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	SKML (HM) en RfB (HP)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 22-04-2026
-------------------	-------------------