

Assay Performance Data

Naam assay:		ACTH in Plasma
Traceerbaarheid:		
Gekalibreerd naar	Gravimetrisch gestandariseerd tegen een synthetisch geproduceerd ACTH (Roche)	
Referentie-interval of afkapgrenzen		(ng/l)
Herkomst referentiewaarden	7.2 tot 63.3 pg/ml (Afgenomen tussen 7.00 uur en 10.00 uur). Bron: bijsluiter Roche (nr 08946728500)	
Stabiliteit monster		
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/ Nee *, EDTA-plasma 2 uur Ja/ Nee *, EDTA-plasma 3 uur Ja/ Nee *, EDTA-plasma 10 weken Bron: de meest recente bijsluiter	
Detectielimieten		(ng/l)
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	1 Niet bekend	
Imprecisie		(ng/l)
Concentratie (45.7) Concentratie (847)	CV (%): 1.2 CV (%): 1.0	
Meetbereik		(ng/l)
Meetbereik	Loopt van concentratie 1 tot 2000 Eventueel: Mogelijkheid tot verdunnen. Uitslagen < 1	
Extern QC programma		
(Inter)nationaal extern QC programma	SKML hormonen in Serum	
Indien niet beschikbaar, alternatieve aanpak	n.v.t.	

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 01-07-2026
-------------------	-------------------