

Assay Performance Data

Naam assay:	CA 19.9 in serum
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	Referentie Fujirebio Diagnostic Standard
Referentie-interval of afkappingen (kU/l)	
Herkomst referentiewaarden	< 32 Bron: bijsluiters na omrekeningsfactor
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/ Nee , termijn serum 7 dagen. Ja/ Nee , termijn serum 30 dagen. Ja/ Nee , termijn serum 3 maanden. Bron: Quality of Diagnostic Samples (3rd completely revised edition 2010)
Detectielimieten (kU/l)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	0.73 2.06
Imprecisie (kU/l)	
Concentratie (24.0) Concentratie (270)	CV (%):8.7 CV (%):6.2
Meetbereik (kU/l)	
Meetbereik	1.0 - 1200 Eventueel: Mogelijkheid tot verdunnen. Uitslagen < 1.0
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	RfB (TM)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 30-1-2023
-------------------	------------------