Assay Performance Data

Naam assay:	Complement C1q

Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	Gestandaardiseerd tegen de WHO preparaat NIBSC code: W1032
Referentie-interval of afkapgrenzen	(mg/L)
Herkomst referentiewaarden	148 – 398 Bron: Eigen onderzoek in combinatie van referentiewaarden met vergelijkbare assays van collega laboratoria (V295)
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	~~Ja/~~Nee, niet bekend. Ja/~~Nee~~, 10 dagen Ja/~~Nee~~, 29 dagen Bron: de meeste recente bijsluiter van de kit.
Detectielimieten	(mg/L)
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	32 51
Imprecisie	(mg/L)
Concentratie: (106) Concentratie: (210)	CV (%): 2.3 CV (%): 1.2
Meetbereik	(mg/L)
Meetbereik	32 – 500
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	SKML (Complement Factoren)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 25-5-2026

[^ Top]