

Assay Performance Data

Naam assay:		PSA is serum
Traceerbaarheid:		
Gekalibreerd naar		WHO 1st International Standard PSA 96/670
Referentie-interval of afkapgrenzen (µg/L)		
Herkomst referentiewaarden		Geen strikte referentiewaarden, vastgesteld i.o.m. de afdeling Urologie. Bij waarden boven de 3.0 wordt geadviseerd patiënt door te verwijzen naar de urologie.
Stabiliteit monster		
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C		Ja/ Nee , termijn 7 dagen. Ja/ Nee , termijn 30 dagen. Ja/ Nee , termijn 3 maand. Bron: <i>Quality of Diagnostic Samples (3rd completely revised edition 2010)</i>
Detectielimieten (µg/L)		
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)		0.003 0.025
Imprecisie (µg/L)		
Concentratie (0,72) Concentratie (2,79)		CV (%): 4,5 CV (%): 2,8
Meetbereik (µg/L)		
Meetbereik		0.01 - 100 Eventueel: Mogelijkheid tot verdunnen. Uitslagen < 0.01
Extern QC programma		
(Inter)nationaal extern QC programma		RfB (TM)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 06-02-2023
-------------------	-------------------