

Assay Performance Data

Naam assay:		Thyreoglobuline in FNA Fine needle aspiraat	
Traceerbaarheid:			
Gekalibreerd naar		Certified Reference Material (CRM) 457	
Referentie-interval of afkapgrenzen (ng/ml)			
Herkomst referentiewaarden		Negatief resultaat: <0.29 Positief resultaat: >0.30 Grijs gebied: 0.30-1.00 Bron: eigen onderzoek (V192)	
Stabiliteit monster			
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C		Ja/ Nee , 8 uur Ja/ Nee , 24 uur Ja/ Nee , 1 maand Bron: Meest recente bijsluiter.	
Detectielimieten (ng/ml)			
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)		0.09 0.17	
Imprecisie (ng/ml)			
Concentratie (0.21) Concentratie (0.99) Concentratie (48.4)		0.21 ng/mL CV (%): 14 0.99 ng/mL CV (%): 7.7 48.4 ng/mL CV (%): 2.2	
Meetbereik (ng/ml)			
Meetbereik		0.09 tot 200 Eventueel: Mogelijkheid tot verdunnen. Uitslagen < 0.09 worden als zodanig gerapporteerd	
Extern QC programma			
(Inter)nationaal extern QC programma		RfB (TM)	
Indien niet beschikbaar, alternatieve aanpak		n.v.t.	
* Doorhalen wat niet van toepassing is.			
Ingevuld door: EH		Datum: 28-08-2026	